



## Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 9  
59-500 Złotoryja

tel.: 76 8779 300; fax: 76 8779 330  
e-mail: [sekretariat.wszp@gmail.com](mailto:sekretariat.wszp@gmail.com)  
NIP 694-13-68-014; REGON: 001016173

Złotoryja, dnia 6 września 2013r.

L.dz./ZP/214/1197/2013

### Wyjaśnienie treści SIWZ

Numer nadany przez Bzp: 355628 - 2013

**Do wiadomości uczestników przetargu pn.:  
„Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych  
do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego  
w Złotoryi”**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że w dniu 6 września 2013r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Dostawę leków i środków dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi" dotyczący poniższych zapytań:

#### Pytanie 1:

Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz 405 nazwę własną pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi, będącą zastrzeżonym znakiem towarowym. Zamawiający miał do tego prawo, jednakże zgodnie z literą artykułu 29 ust. 3, artykułu 7 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), oraz zasadą uczciwej konkurencji, brakuje nam w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzenia „lub równoważne”. Prosimy zatem o dopuszczenie do udziału w przetargu oferty konkurencyjnej, w postaci pasków testowych charakteryzujących się następującymi parametrami: szeroki zakres pomiarowy wynoszący 10-900mg/dl, enzym zastosowany w paskach – swoista dla glukozy dehydrogenaza glukozowa GDH-FAD, zakres korekty hematokrytowej 20-60%, temperatura przechowywania pasków 1-32°C, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, automatyczne kodowanie glukometru kompatybilnego z paskami, bezdotykowe usuwanie paska (wyrzut paska) po wykonanym pomiarze. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy

obecnym, dynamicznym i znacznym spadku cen oferowanych pasków, przyczyni się do jeszcze bardziej ekonomicznego dysponowania publicznymi środkami finansowymi przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się do dostarczenia glukometrów kompatybilnych

z zaoferowanymi paskami testowymi – prosimy o podanie niezbędnej liczby aparatów, do których oferujemy pełny, bezpłatny serwis w czasie całej umowy przetargowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej przez Wykonawcę, który zobowiąże się dostarczyć nieodpłatnie 10 sztuk glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi przez niego paskami testowymi.