

**Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi  
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9**

**Z A P R A S Z A**  
**do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:**  
**„Dostawa zamglawiacza wraz z płynem do Szpitala w Złotoryi”**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wraz z płynem do zamglawiania pomieszczeń do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi przy ul. Szpitalnej 9.

**Pakiet nr I – Zamglawiacz:**

a) Zasada działania urządzenia:

- dostarczanie do atmosfery aktywnego składnika dezynfekcyjnego w postaci mikroskopijnych kropelek nadtlenu wodoru o wielkości nie większej niż  $\mu 10$ ;
- powstała mgła winna zostać rozprzestrzeniona za pomocą wbudowanego w urządzenie wentylatora lub inny system ułatwiający rozprzestrzenianie się aktywnego składnika;
- urządzenie ma efektywnie zamglawiać pomieszczenia o kubaturze pomiędzy  $40m^3$  a  $100m^3$ ;
- wytworzona mgła powinna być bezpieczna dla wyłączanego sprzętu elektronicznego oraz papierowej dokumentacji medycznej;

b) Urządzenie zgodne z CE.

c) Urządzenie mobilne, łatwe w przenoszeniu.

d) Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.

**Pakiet nr II – Płyn do zamglawiania:**

a) Gotowy do użycia roztwór dezynfekujący, o szerokim spektrum działania, na podstawie stabilizowanego nadtlenu wodoru pomiędzy 7% a 10%.

b) Płyn ma być przetestowany w działaniu z urządzeniem określonym w pakiecie nr I.

c) Wymagana zgodność z normą NFT 72-281 (2014r.) - pełne możliwe spektrum biobójcze po jednokrotnym procesie zamglawiania, bez konieczności zmiany stężenia i powtarzania procedury.

d) Płyn ma spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 528/2012

e) Okres gwarancji płynu minimum 20 miesięcy od daty dostawy.

2. **Zamawiający** nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty łącznie na oba pakiety.

3. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.

## II. Obowiązki Wykonawcy:

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim:

- dostawa urządzenia wraz z jego podłączeniem i przetestowaniem;
- przeszkolenie wyznaczonego personelu w zakresie obsługi urządzenia;
- dostawa płynu do zamgławiania.

## III. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- 20 dni licząc od dnia podpisania umowy.

## IV. Kryterium oceny ofert:

- cena 100%

## V. Warunki płatności:

Przelewem w terminie do 30 dni, po kompletnej realizacji zamówienia, podpisaniu przez Zamawiającego „Protokołu odbioru”, oraz po otrzymaniu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

## VI. Dostawca do „propozycji cenowej” winien złożyć:

- ofertę cenową (netto + VAT = brutto) uwzględniającą wszystkie koszty realizacji zamówienia (formularz ofertowy w załączeniu);
- certyfikaty zgodności na proponowane produkty;
- kserokopię wpisu do właściwego rejestru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
- oświadczenie **Dostawcy** o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. oraz niepodleganiu wykluczeniu - art. 24 ust. 1, 2 (zał. nr 1);
- oświadczenie **Dostawy** o związaniu ofertą (zał. nr 2);
- wykaz wykonanych usług (zał. nr 3);
- uzupełniony i podpisany "wzór umowy na dostawę zamgławiacza" (zał. nr 4a);
- uzupełniony i podpisany "wzór umowy na dostawę płynu do zamgławiania" (zał. nr 4b);
- oświadczenie o stanie zatrudnienia (zał. nr 5).

## VII. Inne wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie **Dostawcy** i winny być uwzględnione przy wycenie i określone w formularzu ofertowym.
- okres związania ofertą: 30 dni.

## VIII. Termin, forma, miejsce złożenia „oferty cenowej”:

- termin: do dnia 16 września 2020r, godz. 10:00
- forma:
  - a) pisemnie: Złotoryja, ul. Szpitalna 9, Sekretariat Szpitala
  - b) e-mailem: sekretariat.wszp@gmail.com

### Uwaga

W treści e-maila należy umieścić zwrot „Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej oferty”.  
Otrzymanie oferty, zostanie potwierdzone przez Zamawiającego e-mailem zwrotnym.

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 76 8779 330  
- przed upływem terminu składania ofert.

**IX.** Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania, w przypadku otrzymania ofert niespełniających oczekiwań **Zamawiającego**, bądź nieotrzymania dotacji celowej (od podmiotu finansującego).

**X.** Osoby uprawnione do kontaktów z **Dostawcami**:

- |                    |                     |                   |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1) Jerzy Kaczmarek | nr tel. 76 8779 300 | sprawy techniczne |
| 2) Joanna Patron   | nr tel. 76 8779 300 | sprawy formalne   |

**XI. UWAGA:**

**Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od kwoty 30.000 euro - nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami)**

Złotoryja, dnia 9 września 2020r.

.....