



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryji



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Złotoryja, dnia 15 września 2020r.

L.dz./ZP/214/1297/2020

Wyjaśnienie treści Zaprośzenia

**Do wiadomości uczestników przetargu pn.:
„Dostawa zamglawiacza wraz z płynem
do Szpitala w Złotoryi”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Zawiadamia się, że w dniu 14 września 2020r, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania oferty cenowej na zadanie pod nazwą "Dostawa zamglawiacza wraz z płynem do Szpitala w Złotoryi" dotyczące poniższych zapytań:

WNIOSEK NR I:

Pytanie 1:

Pak. nr 1 - Zamglawiacz

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, które jednorazowo może zdezynfekować maksymalnie 40m³, osiągając pełne spektrum bójcze w jednorazowym procesie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający potwierdza dopuszczenie urządzenia o powyższych parametrach.

WNIOSEK NR II:

Pytanie 1:

Wzór umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 2 ust. 3 o treści: „3. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści umowy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 11 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści umowy.