



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryji



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Złotoryja, dnia 23 września 2020r.

L.dz./ZP/214/1359/2020

Wyjaśnienie treści SWZ

Numer nadany przez Bzp: 573751-N-2020

**Do wiadomości uczestników przetargu pn.:
„Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych
do Apteki Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Złotoryji”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późni. zm.), zawiadamia się, że w dniu 22 września 2020r, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na "Dostawę leków i środków dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryji" dotyczące poniższych zapytań:

WNIOSEK I:

Dotyczy pakietu 1 poz. 307

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę oferowanego preparatu.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę oferowanego preparatu.

Pytanie 3:

Dotyczy pakietu 1 poz. 511

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu konfekcjonowanego w opakowaniach x 40 szt. (każdy test pakowany szczelnie w indywidualną saszetkę) – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę oferowanego testu.

WNIOSEK II:

Pytanie ogólne

Pytanie 1:

W związku z dużą ilością przetargów, a także krótkim czasem, aby uzyskać korzystne warunki cenowe od producentów, zwracam się z prośbą o przesunięcie daty otwarcia na 29.09.2020.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 22-09-2020r. przesunął termin składania ofert na dzień 29-IX-2020r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29-IX-2020r. o godz. 10:10.

WNIOSEK III:

Dotyczy pakietu 1 poz. 447

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę oferowanego preparatu.

WNIOSEK IV:**Pytanie 1:**

Dotyczy pakietu 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjąco-dezynfekcyjny do narzędzi i sprzętu medycznego, trójenzymatyczny typu Enzymex L9, o spektrum działania - bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (HIV /HBV /HCV /Herpes / Vaccinia) przy stężeniu 0,5% w czasie do 10 min?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę oferowanego preparatu.

Pytanie 2:

Dotyczy pakietu 4 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediawies Plus, na bazie etanolu?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę ofertowanych chusteczek.